



N/Réf: OFP/DAL/S.MAR./N° 987 /2025

Casablanca, le 08 Juil 2025

MONSIEUR LE DIRECTEUR DE LA SOCIETE

.....

Objet : Appel d'offres ouvert n° 77/2025, relatif à l'acquisition, l'installation et la mise en service des équipements medicotechniques pédagogiques pour le secteur santé destinés à l'institut de formation dans les métiers de la santé de Casablanca ; répartie en lots suivants :

- Lot n° 1 : Equipement de laboratoire
- Lot n° 2 : Verrerie de laboratoire d'analyses médicales
- Lot n° 3 : Petit matériel médical
- Lot n° 4 : Ambulance de formation

PJ : Dossier d'appel d'offres modifié

Monsieur,

Nous avons l'honneur de vous informer que suite à la demande d'éclaircissement d'un concurrent, concernant l'Appel d'offres ouvert n° 77/2025 cité en objet, nous avons l'honneur de vous communiquer les précisions fournies à ce dernier, à savoir :

Question : Dans le cadre de la préparation de notre offre pour le marché relatif à l'Acquisition, installation et mise en service des équipements medicotechniques pédagogiques pour le secteur santé destinés à l'Institut de Formation dans les Métiers de la Santé de Casablanca ; Lot 4 : Ambulance de Formation, nous avons pris connaissance des spécifications techniques stipulant que le véhicule proposé doit respecter les dimensions maximales suivantes :

- Longueur totale : 5000 mm
- Hauteur totale : 1900 mm
- Largeur totale : 1900 mm
- Volume utile : 09 m3

Après une analyse approfondie du marché, nous avons constaté que la majorité des modèles de véhicules susceptibles d'être aménagés en ambulance de formation dépassent ces limites, à cet effet, nous joignons un tableau comparatif récapitulant les dimensions de plusieurs modèles disponibles sur le marché.

Afin de nous assurer de la conformité de notre proposition et de soumettre une offre réaliste et techniquement viable, nous souhaiterions savoir s'il existe une tolérance acceptable concernant ces dimensions.

Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous apporter des précisions à ce sujet dans les meilleurs délais, afin d'ajuster notre offre en conséquence.

1/2

08 Juil 2025

N/Réf : OFP/DAL/S.MAR/N° 989 /2025

Casablanca, le

Dans l'attente de votre retour, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées

Tableau comparatif récapitulant les dimensions de plusieurs modèles disponibles sur le marché

	FORD	PEUGEOT	FIAT	RENAULT	MERCEDES	IVECO	Volkswagen
Puissance Fiscale maximale : 12 Ch	8	9	9	8	8	10	8
Volume utile : 09 m3 max	10	8	11.5	5.8	13.3	10.8	6.7
Longueur Totale : 5000 mm maximum	5531	4963	5413	5080	5932	5709	5406
Hauteur Totale : 1900 mm maximum	2490	2254	2254	1971	2650	2740	1990
Largeur Totale : 1900 mm maximum	2095	2050	2050	1956	2020	2010	1904

Réponse :

Suite à la demande d'éclaircissement SAYTECK concernant une révision sur la tolérance des dimensions de l'ambulance mentionnées dans l'appel d'offre en objet à savoir : l'ambulance mentionnées dans l'appel d'offre en objet à savoir :

Longueur totale : 5000 mm
Hauteur totale : 1900 mm
Largeur totale : 1900 mm
Volume utile : 09 m3

Après étude de la requête du fournisseur, nous vous confirmons que les dimensions maximales mentionnées dans le cahier des charges sont fixées de manière contraignante, en raison des contraintes des dimensions du local technique.

A ce titre, nous tolérons les dimensions maximales suivants :

Longueur totale max : 5000 mm
Hauteur totale max : 2300 mm
Largeur totale max : 2050 mm
Volume utile : 9 m3

Merci de considérer la modification du descriptif technique de l'article concerné

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de nos meilleures salutations.

Directeur de l'Approvisionnement
et de la Logistique
Abdelatif AOURAGH