

N/Réf : OFP/DAL/S.MAR/N° 1054 /2026

Casablanca, le 28 Aout 2026

MONSIEUR LE DIRECTEUR DE LA SOCIETE

Objet : Appel d'offres ouvert n° 74/2026, relatif à l'Acquisition, l'installation et la mise en service des équipements medicotechniques pédagogiques pour le secteur santé destinés à l'Institut de Formation dans les Métiers de la Santé de Rabat ; répartie en lots suivants :

- Lot 1 : Matériel médico-technique
- Lot 2 : Matériel de stérilisation
- Lot 3 : Instrumentation médical
- Lot 4 : Equipement de rééducation

Madame & Messieurs,

Nous avons l'honneur de vous informer que suite à la demande d'éclaircissement d'un concurrent, concernant l'Appel d'offres ouvert n° 74/2026, cité en objet, nous avons l'honneur de vous communiquer les précisions fournies à ce dernier, à savoir :

Question 1 :

Contenu de la question : Pour le lot 3, art. 1 Boîte de petite chirurgie complète la « pince Péan droite ou courbe » correspond-elle à une Rochester-Péan ou Péan-Murphy ? Et « stylet porte-fil » désigne-t-il une sonde cannelée ou un stylet porte-coton ?

Merci de considérer la réponse à l'article concerné :

La « pince Péan droite ou courbe » correspond à une pince Péan-Murphy, conformément au descriptif initial qui précise « pince Péan Murphy – 14 cm environ ». Elle ne correspond pas à une Rochester-Péan.

Le « stylet porte-fil » ne correspond ni au stylet porte-coton ni à la sonde cannelée.

Question 2 :

Contenu de la question : Concernant le 3ème lot, article 4 « Petit matériel en inox », pourriez-vous confirmer si la dimension indiquée « 100 ml » est exacte ou s'il s'agit d'une éventuelle erreur de frappe (« 100 mm ») ?

Merci de considérer la réponse à l'article concerné :

La mention « 100 mL environ » est exacte pour les deux cuvettes rondes en inox. Elle correspond à leur capacité approximative.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de nos meilleures salutations.


GUERTAOUI Karim
Chef du Service Approvisionnement
et Centrale d'Achats

Intersection Route BO 50 et R.N. n°11 (Route Nouaceur) BP 40207 Sidi Maârouf Casablanca 20 270
ملفنى طريق B.O 50 و الطريق الوطنية رقم 11 (طريق النواصر) ص. ب. 40207 سيدي معروف الدار البيضاء، 20 270
Tél.: 05 22 78 72 60/61 - Fax : 05 22 32 15 09